MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2026-115 | PS/EML/134464 |

**PRODUCTO**
Elevadores Tenor fabricados entre el 6 de marzo de 2025 y el 28 de noviembre de 2025 que contengan actuadores de elevación con referencia: TEN.107 y RKT.560.

**FINALIDAD PREVISTA**
Grúa para la movilización de pacientes.

**Nº SERIE**
P0923576, P0923577, P0923578, P0939069.

**FABRICANTE**
ArjoHuntleigh AB, Suecia.

**DISTRIBUIDOR**
ARJO IBERIA S.L., Polígono Can Salvatella, C/ Cabanyes, 1-7, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona.

**ASUNTO**
Cese de utilización temporal de determinados números de serie de los elevadores Tenor, fabricados entre el 6 de marzo de 2025 y el 28 de noviembre de 2025, debido a que los actuadores de elevación con referencias TEN.107 y RKT.560 contenidos en los mismos, podrían no cumplir con la resistencia mecánica requerida.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)** **CSV: K48S4FS8T4THA2JFM24A**
**Fecha de la firma: 12/03/2026**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89