ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-117	PS/AVG/134873

PRODUCTO
Catéteres angiográficos Soft-Vu y Accu-Vu 4 FR.
Ver números de catálogo, UDI-DI y lotes afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
AngioDynamics, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Cardiva 2, S.L. Calle de Anabel Segura, 11, Edificio A, 1°, 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados catéteres angiográficos Soft-Vu y Accu-Vu 4 FR, debido a la posibilidad de que la guía no pase a través del diámetro interior del conector del catéter.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.