ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-129	PS/AVG/134977

PRODUCTO
Bolsa de vacío SU LARGE. Número de referencia: 68409SS

FINALIDAD PREVISTA
Para uso con SealSAFE, que es un sistema de almacenamiento al vacío diseñado para distintas aplicaciones en laboratorios de histopatología.

Nº LOTE
2024-09

FABRICANTE
Milestone SPA, Italia.

DISTRIBUIDOR
Menarini Diagnósticos España S.A. Avenida del Maresme, 120, 08918 Badalona, Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 2024-09 de las bolsas de vacío SU LARGE de Milestone, debido a la posibilidad de fuga de reactivos del recipiente de la muestra.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 2GXF7Y5364DHA67YV173**
Fecha de la firma: 19/03/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89