ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-135	PS/VBR/134845

PRODUCTO
Colector de compensación del sistema Namic. Ver referencias y números de lotes afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Dispositivo que se utiliza con la línea de control de presión y que ayuda a compensar el movimiento del colector para mantener lecturas de presión constantes.

FABRICANTE
Medline Industries LP, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Medline International Iberia S.L.U. Kudos Innovation Campus Las Mercedes, Calle de Campezo, 1, Edificio 6, Planta 3, 28022, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias y lotes del colector de compensación del sistema Namic, debido a la posibilidad de que existan partículas extrañas en el recorrido del fluido de los colectores.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.