ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-138	PS/MAM/134666
PRODUCTO Sistema de gestión de imágenes Vue Motion v12. Número de referencia: 1017979.	
VERSION SOFTWARE v12.2.0 a v12.2.8.500	
FABRICANTE Philips Medical Systems Nederland B.V. Países Bajos.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica S.A.U. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de gestión de imágenes Vue Motion v12 debido a la posibilidad de diagnóstico erróneo debido a que las imágenes de múltiples fotogramas se muestren fuera de secuencia.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: Y6CD79C5QYL97S6G19E9**
Fecha de la firma: 24/03/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89