MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-143	PS/AVG/135894

PRODUCTO

Tubos criogénicos:

- Cryo.s 4 ml con rosca externa y tapón de color natural, número de pieza: 127263, lotes: E25103GQ (a partir de la caja n.º 120 y superiores), E2510367, E260138D
- Cryo.s 4 ml con rosca externa y tapón de color verde, número de pieza: 127277, lote: E25103JA.
- Cryo.s 4 ml con rosca externa y tapón de color verde y código Datamatrix, número de pieza: 127263-2DG, lote: E25113BE.

FINALIDAD PREVISTA

Para el almacenamiento de tejidos, células, hongos, bacterias, esporas, extractos celulares o fluidos corporales a temperaturas ultrabajas para fines de investigación y desarrollo, así como de diagnóstico.

FABRICANTE

Greiner Bio-One GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Greiner Bio One España, S.A.U. Avda. Somosierra, 22, planta 2, Nave G, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y retirada del mercado relacionadas con determinados tubos criogénicos Cryo.s 4 ml con rosca externa, debido a la posibilidad de fugas por una deformación en la zona roscada del tubo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: JDDDFH7J1VL7RSV9W90F**
Fecha de la firma: 27/03/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89