ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-156	PS/PRV/135660

PRODUCTO
Kit de catéter PICC de doble lumen Synergy CT.
UDI 087660400PICC01001KX
Ver números de pieza y números de lote afectados en el anexo A de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Catéter central de inserción periférica (PICC, por sus siglas en inglés) de doble lumen destinado a pacientes adultos que necesitan un acceso periférico al sistema venoso central a corto o largo plazo (menos o más de 30 días).

FABRICANTE
Health Line International Corporation, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Palex Medical S.A., Jesús Serra Santamans, 5, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados números de pieza y números de lotes del Kit de Catéter PICC de doble lumen Synergy CT debido a que sus conectores luer podrían agrietarse, lo que aumenta la posibilidad de embolia gaseosa, pérdida de sangre, contaminación o infección.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.