MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-154	PS/MJF/135430

PRODUCTO
Equipo de resonancia magnética SIGNA Premier.
Número de GTIN 00840682135269 y 00195278010797.

FABRICANTE
GE Medical Systems LLC, EEUU.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, SAU; C/Gobelas, 35-37. 28023, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados equipos de resonancia magnética SIGNA Premier, debido a que durante la actualización o actualizaciones de servicio de algunos sistemas se podrían haber utilizado algunos accesorios ferrosos (acero) en lugar de accesorios no ferrosos (bronce) en la parte posterior del imán.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: GQER4BQGGKRH7SEFRB4B**
Fecha de la firma: 06/04/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89