MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-157	PS/AVG/132823

PRODUCTO
Luz quirúrgica Merivaara Q-FLOW.
Modelos: Q-FLOW SOLO, Q-FLOW DUO, Q-FLOW TRIO, Q-FLOW QUAD, Q-FLOW MOBILE.

FABRICANTE
Merivaara Corporation, Finlandia.

DISTRIBUIDOR
Insanex, S.L. Avda. Tenerife, 2, Bloque 3, 28703 San Sebastián de Los Reyes, Madrid.

ASUNTO
Actualización de las advertencias de seguridad relacionadas con determinados modelos de las luces quirúrgicas Merivaara Q-flow, debido a la posibilidad de que la horquilla de soporte se suelte de su anclaje.

INFORMACION ADICIONAL
En octubre de 2024 el fabricante emitió una nota de aviso para informar de la posibilidad de que, en determinados modelos de las luces quirúrgicas Merivaara Q-flow, las horquillas de soporte del dispositivo se pudiesen soltar de sus anclajes debido a un error de montaje. La AEMPS transmitió esta información el 23 de octubre de 2024, alerta 2024-574.

La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso para ampliar las medidas de inspección y reparación a las juntas de la estructura de la horquilla que no fueron objeto de las medidas especificadas en la anterior campaña.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.
- Guía de reparación (Anexo 1 + Anexo 2).

notificaPS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: T218YJ1DBR13V93AK285**
Fecha de la firma: 06/04/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89