MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-164	PS/MJF/134964

PRODUCTO
Pinzas de corte PK, PKS y Everest de Olympus.
Ver referencias, modelos y UDI-DI en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Diseñadas para la coagulación electroquirúrgica, el corte mecánico, la disección y la sujeción de tejido durante procedimientos quirúrgicos generales y laparoscópicos, incluida la cirugía abierta.

FABRICANTE
Gyrus ACMI, Inc. (Olympus Surgical Technologies America), EE UU.

DISTRIBUIDOR
Olympus Iberia SAU; Pl. Europa, 10. 08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y modelos de las pinzas de corte PK, PKS y Everest de Olympus, debido a la posibilidad de que las mandíbulas de las pinzas de corte se rompan durante el uso clínico por soldaduras defectuosas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: Z4R4ZWG4EH2MRPHDKDE3**
Fecha de la firma: 10/04/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89