MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-167	PS/RJC/135947

PRODUCTO
Esterilizadores al vapor Getinge. Número de referencia: 1480818.
Ver números de modelo afectados en el Anexo A de la nota de aviso.

FABRICANTE
GETINGE STERILIZATION AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR
Getinge Group Spain S.L.U. C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl 6, Ofic. 6,1-6,2 , 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados modelos de esterilizados al vapor de Getinge debido a un posible cierre repentino de la puerta por un error de uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: KCTGR3D3C7T11PGC9583**
Fecha de la firma: 14/04/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89