# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2026-168 | PS/MBF/135319 |

**PRODUCTO**
Instrumento de sellado bipolar marClamp Cut IQ con código instrumento 23 cm.
Referencia: 80-632-23-04. UDI: 405760531358.

**FINALIDAD PREVISTA**
Sellado permanente de venas, arterias y haces tisulares con sección subsiguiente del tejido sellado sin necesidad de cambiar de instrumento. Uso en intervenciones quirúrgicas abiertas.

**Nº LOTE**
715436, 715437, 715438, 715439, 728924, 728925.

**FABRICANTE**
KLS Martin SE & Co. KG, Alemania.

**DISTRIBUIDOR**
Palex Medical SA. Calle de Jesús Serra Santamans, 5. 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

**ASUNTO**
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes del instrumento de sellado bipolar marClamp Cut IQ con código instrumento 23 cm, debido al posible desprendimiento del capuchón protector negro del producto.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.