MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-169	PS/MAM/136064

PRODUCTO
Destornillador poliaxial (gama VEOS/KAPHORN). UDI-DI: 03760315526844

FINALIDAD PREVISTA
Instrumento quirúrgico reutilizable, utilizado para apretar o aflojar tornillos poliaxiales y de reducción.

Nº LOTE
250400901

FABRICANTE
DISTIMP SAS. Francia

DISTRIBUIDOR
Palex Medical SA – Ortopedia. Calle Jesús Serra Santamans, 5. 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 250400901 del destornillador poliaxial (gama VEOS/KAPHORN) debido a la posibilidad de que presente una dimensión no conforme lo que podría dar lugar a dificultades al acoplar el destornillador al cabezal del tornillo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: N7EBE1DX6QCMTQQK2B4F**
Fecha de la firma: 14/04/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89