MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-176	PS/VBR/136284

PRODUCTO
Cartucho i-STAT EG7+. Código: 03P76-25. UDI-DI: (01)00054749000043(17)260331(10)N25213 y (01)00054749000043(17)260405(10)N25218.

FINALIDAD PREVISTA
Cuantificación in vitro de sodio, potasio, calcio ionizado, hematocrito, pH, presión parcial de oxígeno (PO2) y presión parcial de dióxido de carbono (PCO2). También proporciona valores calculados de hemoglobina (Hb), dióxido de carbono total (TCO_2), bicarbonato (HCO_3), exceso de base (BE) y saturación de oxígeno (sO2).

Nº LOTE
N25213 y N25218.

FABRICANTE
Abbott Point of Care, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Tecmédica ND. C/ Luis Doreste Silva, 62, 1º, 35004, Las Palmas de Gran Canaria.

ASUNTO
Cese de utilización de los lotes N25213 y N25218 del cartucho i-STAT EG7+, debido a la posibilidad de que se obtengan valores de PCO_2 más altos de lo esperado y valores de pH más bajos de lo esperado y posible revisión de resultados obtenidos anteriormente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 49T59Q9LL8LJ11AY151D**
Fecha de la firma: 21/04/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89