MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-174	PS/PRV/136823

PRODUCTO
Bol de Mezcla y Espátula, 20-pack. Número de material 00-5049-011-00
Ver números de UDI y de lote de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Zimmer Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Zimmer Biomet Spain, S.L.U; Calle Metalurgia, 32-34. 08034, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados números de lote de los boles de mezcla y espátula, pack de 20, debido a un posible defecto en el sellado del envase que podría comprometer la esterilidad del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa distribuidores.
- Nota de aviso empresa profesionales sanitarios.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 28QDW8YAV7VDS4N81536**
Fecha de la firma: 21/04/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89