MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-178	PS/MJF/136313

PRODUCTO
Calentador °M Warmer, UDI-DI 05700002076823. Modelos MWS201 y MWS201W.

FINALIDAD PREVISTA
Calentador desechable que forma parte del sistema °M Warmer, destinado a calentar sangre, hemoderivados y fluidos intravenosos antes de su administración.

Nº LOTE
Lotes con fechas de caducidad 270620, 270728, 280322 y 280410.

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
MEQU A/S, Dinamarca.

DISTRIBUIDOR
HOSPITAL HISPANIA; Av. Camino de lo Cortao, 6. 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes del calentador °M Warmer, debido a la posibilidad de un sobrecalentamiento de dicho calentador que podría causar la fuga de fluidos calientes y provocar quemaduras en la piel del paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: AMDB3BL97BYBM3H3L255**
Fecha de la firma: 21/04/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89