MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-185	PS/MJF/135718

PRODUCTO
Oxoid Agglutinating Sera *Salmonella* 9-O, referencia R30957301, UDI-DI 50560805002708.

FINALIDAD PREVISTA
Procedimientos de cribado por aglutinación en portaobjetos para la identificación serológica de cultivos de *Salmonella* con fines epidemiológicos y de diagnóstico.

Nº LOTE
Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Remel Europe Ltd, Reino Unido.

DISTRIBUIDOR
Thermo Fisher Diagnostics S.L.U; Ctra. de Hospitalet 147-149. 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización de determinados lotes del antisuero Oxoid Agglutinating Sera *Salmonella* 9-O, referencia R30957301, debido a la posibilidad de que se produzcan resultados falsos positivos por reacciones cruzadas con *Salmonella* 2-O, y revisión de los resultados anteriores.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: M8Q58FH9GJ4HG88QV194**
Fecha de la firma: 22/04/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89