MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-189	PS/MBF/136690

PRODUCTO
Ventilador MONNAL T60. Referencias: KA010000 y KA017114
Ventilador MONNAL T60 ADVANCED. Referencias: KA017119, KA017121, KA017122, KA017124, KA017127 y KA017130

FINALIDAD PREVISTA
Ventilación del paciente para compensar o mitigar la insuficiencia respiratoria.

Nº SERIE
Ver números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS, Francia.

DISTRIBUIDOR
INSANEX S.L., Camino bajo de Getafe 3, polígono industrial Sevilla, 28946 Fuenlabrada, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias y números de serie de los ventiladores MONNAL T60 y MONNAL T60 ADVANCED debido a que no son conformes para utilizarse en ambulancias aéreas o ambulancias de carretera ya que carecen de las arandelas bajo la cabeza de los tornillos encargados de fijar el bloque inspiratorio.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: JK7Z99MZX85DEE5DY6B7**
Fecha de la firma: 23/04/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89