ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-193	PS/RJC/137062
PRODUCTO FRED easy G2	
FINALIDAD PREVISTA Desfibrilación externa automatizada.	
FABRICANTE SCHILLER MEDICAL, Francia.	
DISTRIBUIDOR SCHILLER ESPAÑA, S.A.U. C/ Dublín, 1 - Of. 2 - Európolis, 28232 Las Rozas, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los desfibriladores externos automatizados FRED easy G2, debido a la posible entrada de agua en el equipo, lo que podría provocar fallos en su funcionamiento o comprometer el aislamiento de los circuitos eléctricos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

notificaPS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: MBS77DSG3TR9P26QTAA3**
Fecha de la firma: 04/05/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89