MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-197	PS/VBR/136527

PRODUCTO
Jeringa de control angiográfico Namic con conexión de adaptador giratorio (RA).
Ver referencias y números de lote afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Medline Industries LP, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Medline International Iberia S.L.U. Kudos Innovation Campus Las Mercedes, Calle de Campezo, 1, Edificio 6, Planta 3, 28022, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización de determinados modelos y números de lote de jeringa de control angiográfico Namic con adaptador giratorio (RA), debido a la posibilidad de que el adaptador giratorio de la jeringa se desenrosque durante su uso, lo que podría provocar que se afloje la conexión o que se produzca una desconexión total entre la jeringa y el colector.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: DARRPRXRVKVNYHNNZB65**
Fecha de la firma: 06/05/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89