ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-198	PS/PRV/137187

PRODUCTO
TDC VELOCE (Cortador en dos dimensiones de 23/25/27G – 20.000 c. p. m.)
Ver códigos de producto afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Instrumento desechable de aspiración y corte vitreo.

Nº LOTE
Ver números de lote afectados en el listado adjunto.

FABRICANTE
D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V, Países Bajos.

DISTRIBUIDOR
D.O.R.C. España S.L., Avda. Diagonal, 640, Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización de determinados códigos de producto y números de lote de los vitrectomos neumáticos desechables TDC VELOCE, debido a la posibilidad de que la cuchilla exterior pueda aflojarse durante el uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.
- Listado de lotes afectados.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.