MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-202	PS/MJF/137163

PRODUCTO
Antisuero de *Salmonella* H:z32, 3 mL, artículo 40350.

FINALIDAD PREVISTA
Identificación serológica de cepas de *Salmonella* mediante la detección del antígeno flagelar H:z32.

Nº LOTE
1000461, FDS121, FCS207, FBS218, 712D-H7 y 712D-H6.

FABRICANTE
SSI Diagnostica A/S, Dinamarca.

DISTRIBUIDOR
Vircell Spain S.L., Polígono Industrial Dos de Octubre, Plaza Domínguez Ortiz 1. 18320 Santa Fe, Granada.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes del antisuero de *Salmonella* H:z32, artículo 40350, debido a la posibilidad de que muestren reactividad cruzada con el factor H:z23 de *Salmonella* pudiéndose tipificar las cepas erróneamente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 5T6MS7BLZJR2ZH39W68E**
Fecha de la firma: 07/05/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89