MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-217	PS/PL/137481

PRODUCTO
Sistema Multi-Snare 10 mm, 125 cm.
Ver referencias, descripción del producto y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Se utiliza para la eliminación de cuerpos extraños del sistema vascular o de órganos huecos, y para la manipulación de catéteres, hilos etc. en el sistema vascular y en órganos huecos.

FABRICANTE
pfm medical mepro gmbh, Alemania.

DISTRIBUIDOR
EVOMED S.L.U., Ctra. Torrejón-Ajalvir Km. 5,2, 28864 Ajalvir, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados sistemas Multi-Snare debido a la posibilidad de que no cumplan con los requisitos de biocompatibilidad con respecto a la citotoxicidad in vitro.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.