MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-218	PS/EML/137774

PRODUCTO
Adaptador para la fijación craneal de las mesas de quirófano Baxter.
Referencia: 1739994 y UDI-DI: 00887761972780.

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en el Anexo A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG, Polígono Industrial Sector 14, c/ Pouet de Camilo 2, Valencia.

ASUNTO
Retirada del mercado y cese de utilización de determinados números de serie del accesorio Adaptador para la fijación craneal cuando se utiliza junto con los raíles laterales del componente Upper Back Section HV en las mesas de quirófano Baxter, debido a que puede aflojarse durante el posicionamiento del paciente y desplazarse de forma involuntaria.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: MZNAN471RKHXZQQAE98E**
Fecha de la firma: 13/05/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89