ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-220	PS/PL/137064

PRODUCTO
Cánulas de perfusión retrógrada del seno coronario Gundry o DLP con balón de inflado manual.
Ver referencias de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en el anexo A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Medtronic, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Medtronic, C/María de Portugal 11, 28050 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas cánulas de perfusión retrógrada del seno coronario Gundry o DLP con balón de inflado manual, debido a la posibilidad de que la bolsa no permanezca completamente sellada durante toda la vida útil indicada en la etiqueta y que no pueda garantizarse la esterilidad del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.