MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2026-227 | PS/VBR/137864 |

**PRODUCTO**

Equipo desechable de administración multipaciente MEDRAD Avanta (AVA 500 MPAT Parte 2 de 2) usado junto con el sistema de gestión de inyección de líquidos MEDRAD Avanta. Referencias: 87629007, 60729458 y 86566648.
Ver UDI-DI y números de lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.

**FINALIDAD PREVISTA**

Administrar medios de contraste intravasculares radiopacos y soluciones de irrigación con diferentes volúmenes y caudales en procedimientos angiográficos de diagnóstico e intervención en cardiología, radiología y cirugía vascular.

**FABRICANTE**

Bayer Medical Care Inc., Estados Unidos.

**DISTRIBUIDOR**

Bayer Hispania S.L.U. Avda. Baix Llobregat 3-5 Sant Joan Despí, Barcelona.

**ASUNTO**

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del equipo desechable de administración multipaciente MEDRAD® Avanta, debido a la posibilidad de que el producto no encaje de manera fiable en la conexión de la válvula de control de flujo del contraste (VCFC) del sistema de inyección Avanta.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)** **CSV: P42P3ZBJAS384QGVTBFC**
**Fecha de la firma: 19/05/2026**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89