MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-231	PS/AVG/137707

PRODUCTO
Tornillos de compresión canulados con cabeza 5.0 headedCCS Rosca larga 50/20mm, 1/c.u.
Número de referencia: A-8216.50/1. UDI-DI: 07630037887706.

FINALIDAD PREVISTA
Los tornillos CCS, como parte de los sistemas de fijación APTUS, se utilizan para la fijación, corrección o estabilización temporales de los huesos.

Nº LOTE
25444702, 24425542, 24404471, 25441997.

FABRICANTE
Medartis AG, Suiza.

DISTRIBUIDOR
Medartis Iberia SLU, Plaza De La Pau s/n, 08940 Cornella de Llobregat.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de tornillos de compresión canulados con cabeza 5.0 headedCCS Rosca larga 50/20mm, debido a la posibilidad de rotura ya que la canulación del tornillo podría no estar centrada.

RECOMENDACIONES AEMPS
La AEMPS, consultada su red de expertos en la especialidad de cirugía ortopédica y traumatología, considera adecuadas las medidas llevadas a cabo por la empresa y las recomendaciones para el seguimiento de los pacientes implantados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 57VKJSSRM8ZJF2QWV7B9**
Fecha de la firma: 21/05/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89