

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-233	REFERENCIA PS/PRV/138025
PRODUCTO Vivalytic STI. Referencia: F09G300078	
FINALIDAD PREVISTA Prueba de detección de infecciones de transmisión sexual utilizando el analizador Bosch Vivalytic.	
Nº LOTE 26042W, 26050Y, 26053X, 26068W, 26076W, 26090W	
FABRICANTE Bosch Healthcare Solutions GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Randox Laboratories Ltd. 55 Diamond Road, Crumlin, County Antrim BT29 4QY, Reino Unido.	
ASUNTO Cese de utilización de determinados números de lote de los tests Vivalytic STI, referencia F09G300078, debido a la posibilidad de obtención de resultados no válidos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

