DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-238	PS/EML/138027

PRODUCTO
Carro del paciente da Vinci Single Port (PSC). ASSY, PSS, SP1098.
Número de pieza: 380601 y UDI-DI: 00886874114605.

FINALIDAD PREVISTA
Componente operativo del sistema da Vinci SP para facilitar el posicionamiento del puerto quirúrgico y manipular los instrumentos quirúrgicos y la cámara.

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Intuitive Surgical, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Abex Excelencia Robotica S.L, Calle Procion 1-3, Planta 0, oficina C, 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie del carro del paciente da Vinci Single Port (PSC) debido a la posibilidad de que el pasador de retención del freno de emergencia se quede atascado, lo que podría provocar un movimiento descontrolado y/o restringir el rango de movimiento de la columna, además de provocar el fallo del freno de emergencia en caso de avería del PSC.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: E9B74XG2HQ9W5R38N35A**
Fecha de la firma: 25/05/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89