ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-240	PS/MBF/138258

PRODUCTO

Vitassay Strep. Pneumoniae. Referencia: 7355047
Vitassay Strep. Pneumoniae + Legionella. Referencia: 7455049
Materlab Strep. Pneumoniae + Legionella. Referencia: M2574NL

FINALIDAD PREVISTA

Ensayo inmunocromatográfico in vitro y rápido, para la detección cualitativa del antígeno de *Streptococcus pneumoniae* y/o antígenos de *Legionella pneumophila* en muestras de orina humana de pacientes con síntomas de neumonía y/o legionelosis.

Nº LOTE

Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Vitassay Healthcare, S.L.U., España.

DISTRIBUIDOR

MATERLAB. Paseo de Pontones, 7, 28005 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes de Vitassay Strep debido a la posibilidad de obtener resultados falsos positivos de *Streptococcus pneumoniae* en muestras de orina.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.