ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-242	PS/VBR/138143

PRODUCTO

Sistemas de angiografía por rayos X:

- Allia IGS 3 Pulse. GTIN: 00195278719577.
- Allia IGS 5 Pulse. GTIN: 00195278719263.
- Allia IGS 7 Pulse. GTIN: 00195278719720.
- Allia IGS Pulse. GTIN: 00195278827647.
- Allia Moveo. GTIN: 00198953052488.

Nº SERIE

Ver nºs de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

GE Medical Systems SCS, Francia.

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España, SAU. Calle Gobelas, 35-37 28023 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie de sistemas de angiografía por rayos X Allia, debido a la posibilidad de que el cable eléctrico produzca una descarga eléctrica cuando se realizan tareas de instalación, mantenimiento o solución de problemas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 3WCGF9VT3XN8XYG2K1F1**
Fecha de la firma: 27/05/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89