MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-245	PS/PL/137825

PRODUCTO
Sofito circular de las lámparas quirúrgicas Chromophare, referencia CH00000001.

FINALIDAD PREVISTA
El sofito circular soporta la cubierta del techo de las lámparas quirúrgicas Chromophare.

FABRICANTE
Stryker Endoscopy a division of Stryker Corporation, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Stryker Iberia S.L., C/ Sepúlveda 17, 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas lámparas quirúrgicas Chromophare debido a la posibilidad de que el sofito circular podría no soportar adecuadamente el peso de la cubierta del techo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: ZAGYPPYZCBM4WW51330D**
Fecha de la firma: 28/05/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89