ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-247	PS/MAM/138310

PRODUCTO
Ensayo Dimension Tacrolimus (TAC). Número de material: 10700795, UDI: 842768035425

FINALIDAD PREVISTA
Determinación cuantitativa del tacrolimus en sangre humana total en el sistema de química clínica Dimension.

Nº LOTE
FA6254, FA6260 y FA6286

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc. EEUU.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U. Calle Mahonia, 2, 4ª planta. Ed. Pórtico. 28043, Madrid, España.

ASUNTO
Cese de utilización de los lotes FA6254, FA6260 y FA6286 del ensayo Dimension Tacrolimus (TAC) debido a la posibilidad de un sesgo positivo en los resultados de control de calidad y muestras de pacientes.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: ZMHX4L4TY4VLP24YD678**
Fecha de la firma: 28/05/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es