ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-251	PS/VBR/138847

PRODUCTO
Medio de cultivo YEASTONE BROTH, 11ML, 10/BOX. Referencia: YY3462.

FINALIDAD PREVISTA
Medio para la suspensión de aislados puros de microorganismos aislados de muestras clínicas destinados a la inoculación de las placas Sensititre YeastOne como parte del sistema Thermo Scientific Sensititre, que es una prueba semicuantitativa destinada a pruebas de sensibilidad antifúngica in vitro.

Nº LOTE
4539334.

FABRICANTE
Thermo Fisher Scientific, Australia.

DISTRIBUIDOR
Thermo Fisher Diagnostics S.L.U. Ctra. De L'Hospitalet, 147- 149, 08940, Cornellà de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización del lote 4539334 del medio de cultivo YEASTONE BROTH, debido a la posibilidad de que esté contaminado con *Sphingomonas spp,* lo que podría dar lugar a una prueba de la placa YeastOne Sensititre fallida debido a resultados positivos (cambio de color) en toda la placa.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: D9K38RPR9DRPFCC51EBA**
Fecha de la firma: 01/06/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89