ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-256	PS/PL/138737

PRODUCTO
Sistemas intervencionistas de rayos-X de Canon.
Modelos INFX-8000C, INFX-8000F, INFX-8000V, INFX-8000H, INFX-9000V en combinación con opciones XIDF-QCA850/A1, /A2, /B1, /B2, /Z2, /Z3.

Nº SERIE
ZEB2422003 y ZWC2282001.

FABRICANTE
Canon INC., Japón.

DISTRIBUIDOR
Canon Medical Systems S.A., Camino de la Zarzuela, 19, 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas intervencionistas de rayos X de Canon, debido a la posibilidad de que se produzca un error interno si se ejecuta F-STORE o la adquisición de imágenes mientras se utiliza la función de análisis clínico de CAAS.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notificaPS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.