MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-259	PS/PRV/138342

PRODUCTO
Endoprótesis de rama torácica GORE TAG.
Ver números de catálogo afectados en la nota de aviso de la empresa.
Productos fabricados entre el 5 de agosto de 2025 y el 20 de abril de 2026

FINALIDAD PREVISTA
Endoprótesis vascular con stent para rama del cayado aórtico.

FABRICANTE
W.L. Gore & Associates, Inc. Medical Product Division, EEUU.

DISTRIBUIDOR
W.L. GORE y ASOCIADOS, S.L. Calle Ciutat de Granada 17B, 08018 Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el componente de rama lateral de la endoprótesis vascular GORE TAG, debido a la posibilidad de que se produzca su separación del catéter durante el uso.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: EYCJ56BDSFCMLELF2434**
Fecha de la firma: 02/06/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89