MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-265	PS/MJF/138374

PRODUCTO
Llave de tres vías BD Connecta.
Ver referencias y UDI-DI afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Administrar líquidos o medicamentos mediante uno o dos puertos distintos a través de una cánula o tubo de extensión intravenosos, realizar extracciones de muestras de sangre o para la monitorización hemodinámica.

FABRICANTE
BD Switzerland Sàrl, Suiza.

DISTRIBUIDOR
Becton Dickinson, S.A; Camino de Valdeoliva s/n. 28750 San Agustín del Guadalix, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias de la llave de tres vías BD Connecta, debido a la posibilidad de que al usar jeringas Luer Lock de plástico de polipropileno, la conexión en el puerto C pueda pasar de rosca la jeringuilla y seguir girando.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 1ZFTX45MVJCE5G1JPCAE**
Fecha de la firma: 04/06/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89