ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-266	PS/MJF/138113

PRODUCTO
MANUSHIELD CLEANER, referencias 00-104-020-02, 00-104-050-01 y 00-104-050AR-01.
Ver referencias y números de lote afectados en el listado de referencias y lotes afectados adjunto a la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Limpiador para la limpieza manual de instrumental médico.

FABRICANTE
Dr. Schumacher GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
LIBERA MEDICA, S.L; C/Puerto de Navacerrada, 69. 28935 Móstoles, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización y retirada del mercado de determinados lotes del limpiador MANUSHIELD CLEANER, debido a la presencia de contaminación microbiana.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Listado de referencias y lotes afectados

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.