ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-272	PS/TS/125174

PRODUCTO
Lavadora desinfectadora GETINGE 88-5.
UDI-DI: 07340153700109 y 07340153700116.

Nos SERIE
Ver nos de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Getinge Disinfection AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR
Getinge Group Spain S.L.U. C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl. 6, Ofic. 6,1-6,2 C.P. 28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid).

ASUNTO
Actualización de las advertencias de seguridad relacionadas con determinados nos de serie de la lavadora desinfectadora GETINGE 88-5, debido a un posible sobrecalentamiento del calentador.

INFORMACIÓN ADICIONAL
En agosto de 2025 el fabricante emitió una nota de aviso para informar de un posible sobrecalentamiento en determinados números de serie de la lavadora desinfectadora GETINGE 88-5, debido a la ausencia de calibración o una calibración incorrecta del sensor de presión de circulación. La AEMPS transmitió esta información el 12 de septiembre de 2025, alerta 2025-469.

La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso para informar que el riesgo de sobrecalentamiento podría producirse cuando exista una presión de circulación de agua insuficiente combinada con una calibración incorrecta o la desactivación de la alarma de baja presión debido a una modificación de los límites de dicha alarma. El fabricante comunica que un representante del Servicio Técnico de Getinge se pondrá en contacto con los centros afectados para programar una verificación de los límites de alarma de presión de circulación de agua y la recalibración del sensor de presión. Además, estas verificaciones se han incluido en el programa de mantenimiento preventivo anual.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.