ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-274	PS/VBR/139039

PRODUCTO
Aplicador esférico de 1,5 cm utilizado con el sistema INTRABEAM.

FINALIDAD PREVISTA
Accesorio del sistema INTRABEAM para aplicar la dosis de radiación prescrita en el lecho tumoral o en sus bordes durante un tratamiento radiológico intraquirúrgico o intracavital.

Nº LOTE
A0002

Nº SERIE
Sistema INTRABEAM: A63085, A63086, A63096, A63101, A63102, A63105, A63107, A63108, A63109, A63110, A63112, A63139 y A63141.

FABRICANTE
Carl Zeiss Meditec AG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Carl Zeiss Meditec Iberia S.A.U. Ronda de Poniente, 5, 28760, Tres Cantos, Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote A0002 del aplicador esférico de 1,5 cm incluido en determinados nº de serie del sistema INTRABEAM, debido a la posibilidad de que exista una desviación en las mediciones.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.