ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-275	PS/MJF/138850

PRODUCTO
AW Server 3.2 ext.6.5, referencia (01)00840682102384(10)AWS03D02E6D5.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de software médico que permite a varios usuarios acceder de manera remota a aplicaciones AW desde equipos compatibles de una red, permitiendo la creación de redes, la selección, procesamiento y filmación de imágenes DICOM en varios modos.

FABRICANTE
GE Medical Systems SCS, Francia.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, SAU. Calle Gobelas, 35-37. 28023, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el sistema de software AW Server 3.2 ext.6.5, debido a la posibilidad de que, por un problema de sincronización contextual, cuando un usuario selecciona un paciente o un examen en la lista de trabajo del cliente web de AW Server e inicia una aplicación interactiva (como Volume Viewer) la aplicación podría abrir el examen del paciente anterior en lugar del deseado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notificaPS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: RH6EPAMC6NVAE11EF386**
Fecha de la firma: 09/06/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89