ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-280	PS/EML/138848

PRODUCTO

- Monitor Fetal Avalon FM 20, referencia M2702A, UDI: 00884838000407.
- Monitor Fetal Avalon FM 30, referencia M2703A, UDI: 00884838000414.

FABRICANTE

Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica S.A. Calle de María de Portugal 1, 28050 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados monitores fetal Avalon, debido a la posibilidad de que el conector del altavoz esté incorrectamente montado en el monitor fetal.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.