ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-281	PS/PL/138120

PRODUCTO
SILK VISTA.
Referencia SILK_V_4,25X20. UDI-DI: 03700481330555

FINALIDAD PREVISTA
Stents endovasculares del sistema nervioso central.

Nº LOTE
00613922.

FABRICANTE
Balt Extrusion SAS, Francia.

DISTRIBUIDOR
Balt Spain Medical, Avda. Diagonal, 482, 4º-1ª, 08006 Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 00613922 del stent Silk Vista debido a la posibilidad de que exista una limpieza incorrecta durante el proceso de fabricación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: K4Y2FFNP75K7D46RP4EA**
Fecha de la firma: 11/06/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89