MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-290	PS/RJC/139360

PRODUCTO
Autoplak Advance. UDI-DI: 08437024289081.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema que automatiza los procesos de siembra de placas, la inoculación de medio de enriquecimiento, la preparación de Gram, la siembra en bi-placas en muestras líquidas.

Nº SERIE
0043, 0047, 0057, 0085, 0086.

VERSION SOFTWARE
4.2.2.

FABRICANTE
SENER DIAGNOSTICS SA, España.

DISTRIBUIDOR
Beckman Coulter S.L. Pl. d'Europa, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie del sistema Autoplak Advance con versión de software 4.2.2. debido a que se podrían producir errores de contaminación cruzada de muestras biológicas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 9YGRTK8V7W21ZJ5TR92F**
Fecha de la firma: 17/06/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89