ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-296	PS/PRV/139202

PRODUCTOS

- Cunas térmicas Giraffe y Panda con sistema de reanimación integrado iRes.
- Sistemas de reanimación neonatal independiente Giraffe.

A las que se les instaló el mezclador M1091607-R en el último mantenimiento preventivo.
Ver números de referencia afectados en la nota de aviso de la empresa.

Nº SERIE

Ver los nºs de serie de los mezcladores afectados en el apéndice 2 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Datex-Ohmeda Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España S.A. C/ Gobelas 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO

Cese de utilización temporal y advertencias de seguridad relacionadas con determinadas cunas y sistemas de reanimación neonatal Giraffe y Panda, que tienen instalados determinados números de serie del mezclador de aire/oxígeno M1091607-R, debido a la posibilidad de que la perilla del mezclador pueda aflojarse afectando a la concentración de oxigeno suministrada.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.