ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-302	PS/VBR/139551

PRODUCTO
Unidad de insuflación de alto flujo. Modelo: UHI-4. Referencias: N3829650, N3829660 y N3829670.

FINALIDAD PREVISTA
Insuflación de la cavidad abdominal proporcionando aspiración automática y evacuación de humos para facilitar la observación laparoscópica, el diagnóstico y el tratamiento.

FABRICANTE
Olympus Medical Systems Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR
Olympus Iberia, S.A.U. Plaza de Europa, 29-31, L'Hospitalet de Llobregat 08908, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con la unidad de insuflación de alto flujo, modelo UHI-4, debido a la posibilidad de que la pantalla del panel frontal se apague repentinamente y se detenga el suministro de aire (insuflación).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: F7RAVS2PHBJ37TSBTA9F**
Fecha de la firma: 23/06/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89