ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-303	PS/PL/139473

PRODUCTO
Broca para SwiveLock de 4,75 mm, 3,4 mm, reutilizable. Número de producto AR-1678-02-RU.

FINALIDAD PREVISTA
Destinado para ayudar en la preparación ósea antes de la implantación de anclajes de 4,75 mm.

Nº LOTE
914305, 914314, 916729, 919384, 9164022420, 9167292431.

FABRICANTE
Arthrex INC, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Arthrex España S.L.U., Calle Gobelas, 41 planta 2, 28023 Madrid.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinados lotes de la broca para SwiveLock de 4,75 mm, 3,4 mm, debido a la posibilidad de que el dispositivo incluya una marca láser incorrecta que indica “2.7mm” y no refleje el diámetro real de 3,4 mm.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.