ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-312	PS/RJC/139895

PRODUCTO
Ensayo de Hemoglobina A1c enzimática (A1c_E/A1c_H) de Atellica CH y Atellica CI.
Número de catálogo 11097536. UDI 00630414220505.

FINALIDAD PREVISTA
Determinación cuantitativa de la hemoglobina glicosilada (HbA1c) en sangre total humana anticoagulada o hemolizada, cuando se utiliza en el analizador Atellica CH y Atellica CI.

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo Da Vinci, 15. 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el ensayo de Hemoglobina A1c enzimática de Atellica CH y Atellica CI, debido a la posibilidad de obtener resultados erróneamente elevados o disminuidos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.