MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-311	PS/RJC/139183

PRODUCTO

- Cánula Guedel de una sola pieza, tamaño 00, ISO 5.0, azul. Referencia: 1100050. UDI-DI: 5030267050185.
- Cánula Guedel de una sola pieza, tamaño 00, ISO 5.0, azul – estéril. Referencia: 1100050S. UDI-DI: 5030267079100.
- Cánula Guedel de una sola pieza, azul, ISO 5.0, tamaño 00 (agrupadas de 10 en 10). Referencia: 8100050. UDI-DI: 5030267092086.
- Cánula Guedel de una sola pieza, tamaño 000, ISO 3.5, verde claro. Referencia: 1000035 UDI-DI: 5030267049844.
- Cánula Guedel de una sola pieza, tamaño 000, ISO 3.5, verde claro – estéril. Referencia: 1000035S. UDI-DI: 5030267079247.
- Cánula Guedel de una sola pieza, verde claro, ISO 3.5, tamaño 000 (agrupadas de 10 en 10). Referencia: 8000035. UDI-DI: 5030267092116.

FINALIDAD PREVISTA

Establecer y mantener unas vías respiratorias permeables.

Nº LOTE

Todos los números de lote con una fecha de caducidad comprendida entre junio de 2026 y febrero de 2031.

FABRICANTE

IntersurgicaL Ltd., Reino Unido.

DISTRIBUIDOR

Intersurgical España, S.L.U., C/ Plasencia 39, Polígono Industrial Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de cánulas Guedel de una sola pieza debido a la posible obstrucción total o parcial de su extremo distal.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Nota informativa PS 28/2026

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: VRC2387FTV342PHR346A**
Fecha de la firma: 30/06/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89