DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2026-315	PS/RJC/140451

PRODUCTO

Sets de infusión Medima Line:

- Línea Medima ST11. Número de artículo 08111000
- Línea Medima BL11. Número de artículo 08211000
- Línea Medima PD51. Número de artículo 08451000
- Línea Medima ST11L. Número de artículo 08111100

Nº LOTE

Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Medima Sp. z o. o., Polonia.

DISTRIBUIDOR

ICU Medical España. Avda. Transición Española, 24, planta 4 oficina 4.2 edif. Gamma, 28108, Madrid.

ASUNTO

Cese de utilización de determinados lotes de sets de infusión Línea Medima que contengan puerto de inyección debido a la posibilidad de que los puertos de inyección (conexiones en Y) estén dañados o rotos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 3KNJFNF34GHDKWZ2A472**
Fecha de la firma: 03/07/2026
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89